

Linea 24

Istruzioni

Raccogliere la calza fino al tallone, rovesciarla, infilare il piede e con estensione e trazione, accompagnarla fino al sotto ginocchio e alla coscia avendo cura di stenderla, sono da evitare risvolti. Indossarla preferibilmente in posizione orizzontale. Si raccomanda che l'arto sia asciutto.

Manutenzione

Al fine di preservare la funzionalità elastocompressiva della calza e l'ancoraggio del silicone all'arto (modello autoreggente), si raccomanda il lavaggio dopo l'utilizzo, soprattutto se si fa uso di creme o unguenti, preferibilmente a mano a circa 30°C con sapone neutro senza ammorbidente, risciacquarle con abbondante acqua tiepida, non strizzarle, asciugarle lontano da fonti di calore, evitare di esporle alla luce diretta del sole, non stirarle.

Avvertenze

E' importante individuare la giusta taglia, coadiuvati dal rivenditore, in modo da ottenere il miglior risultato terapeutico. Prestare attenzione a unghie ed anelli che possono danneggiare la calza, allo scopo si consiglia l'uso dei guanti Flebysan. Non utilizzare direttamente su ferite aperte e cute lesa. In caso di perdita di elasticità o se rovinate/usurate, non utilizzare e ricontattare lo specialista. In caso di effetti collaterali gravi contattare lo specialista o il medico curante. Gli avvenimenti gravi sono definiti ai sensi dell'articolo 2 n. 65 del regolamento (ue) 2017/745 (MDR). Tenere la calza lontana dalla portata dei bambini (pericolo soffocamento).

Controindicazioni ed Effetti collaterali

Arteriopatia grave. Neuropatie. Dermatiti allo stadio acuto e dermatosi infettive ed essudative. Insufficienza cardiaca scompensata. Se utilizzate impropriamente, le calze terapeutiche possono causare lesioni cutanee e compromettere la circolazione arteriosa. Non sono note allergie se non quelle specifiche dei componenti

Essendo questo articolo considerato Dispositivo Medico di Classe I l'utilizzatore è tenuto a seguire scrupolosamente le istruzioni di utilizzo e le avvertenze riportate. L'azienda non si rende responsabile di eventuali danni a persone o cose in caso di uso improprio dell'articolo contenuto in questa confezione.



DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
non sterile

